




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 București, ROMÂNIA  
Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘOARA

Bd. Victor Babeș, Nr.16, 300226 Timișoara, Tel/Fax: (+40 256) 492101

Cod înregistrare (iesire)  
701/107.02.2015

Secția Sanatatea in Relatie cu Mediul

AVIZAT,

Medic Șef Centru  
Dr. Mihaela NODIȚI



BULETIN DE ANALIZĂ  
Nr. 2/03.02.2015

1. Solicitant: Lupu Ioan, Dudestii-Vechi nr.709, jud Timis  
Adresa nr. 566/30.01.2015
2. Obiectiv: Determinare arsen
3. Obiectul supus analizei: Apa potabila retea

**Proba**  
Apa potabila retea

**Cod probă**  
2

4. Prelevare efectuată de către beneficiar
5. Proba primita în data de 30.01.2015
6. Analizele terminate în data de 02.02.2015.
7. Prezentul buletin conține 2 pagini.
8. Rezultate: Rezultatele se refera la mostra prezentata.

Denumire proba	Cod proba	Parametru	Rezultat	Limite admisibile	Metoda	Executat laborator
Apa potabila	2	Arsen	32,62 µg/l	10 µg/l	SR 15586/2003 Metoda AAS- GF	LIAN

Determinarile s-au efectuat pe Spectrofotometru de absorbtie atomica Shimadzu AA – 6300 cu Cuptor de grafit GF EX7i, DL= 1,0 µg/l pentru As.

9. Buletinul caracterizează doar produsul supus analizei.

Acest buletin de analiza nu poate fi reprodus partial fara aprobarea centrului